

Naručilac: **Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić", Danilovgrad**

Broj: **42**

Datum: **26.11.2018.**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za sprovođenje nabavke male vrijednosti ZU Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić", Danilovgrad broj: 29 od 12.09.2018. godine, ovlašćeno lice dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

| | |
|--|--|
| Naručilac: Dom zdravlja "Dimitrije Dika Marenić" | Lice/a za davanje informacija: Čović Dragica |
| Adresa: I Bokeljske brigade bb | Poštanski broj: 81410 |
| Sjedište: Danilovgrad | PIB: 02015862 |
| Telefon: 020 811-575 | Faks: 020 811 575 |
| E-mail adresa: domzdravljadg@t- com.me | Internet stranica: www.domzdravljadg |

II Predmet nabavke:

roba

III Opis predmeta nabavke:

Medicinska oprema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama:

Partija 1: Aparat za elektroterapiju sa priključcima – procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om: 2.625,00 €

Partija 2: Autoklav 20 – procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om: 3.600,00 €

Partija 3: Kardiološka sonda, Ultrazvučna sonda- procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om: 8.774,00 €.

Ukupno: 14.999,00 €

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|------|--|---|----------------|----------|
| 1. | Partija 1 – Aparat za elektroterapiju sa priključcima | <p><u>Tehničke karakteristike:</u></p> <p>-od 100-240V+-10%(50/60Hz)</p> <p>-Dimenzija uređaja: 24x32x12cm</p> <p>Dimenzije uređaja sa postoljem: 24x30,5x18,2cm</p> <p>Težina: 2kg</p> <p><u>Ultrazvuk:</u></p> <p>Ultrazvučne frekvencije: 1 i 3 MHz</p> <p>Ultrazvuk: kontinuirani i impulsni</p> <p>Radni ciklus: 16, 48 i 100 Hz</p> <p>Intezitet: 0-2 W/cm2 kontinuirani, 03W/cm2 impulsni8osim 80% gdje je maksimum 2,5 W/CM2)</p> <p>Broj UZ priključaka:2</p> <p>Veličina UZ aplikatora: 5cm2</p> <p>Programirani protokoli:25</p> <p>Slobodne pozicije za programiranje: 1000+</p> <p><u>Elektroterapija:</u></p> <p>Broj kanala:2(100% nezavisna)</p> <p>Vrste struja: 26(po kanalu)</p> <p>Programirani protokoli: 42</p> <p>Slobodne pozicije za programiranje: 1000+</p> <p>Izlazne karakteristike: Constant Current(CC)ili Constant Voltage (CV)</p> <p>Rezolucija amplitude struje: 0,2 Ma</p> <p>Podšavanje polariteta: manuelno</p> | | |

| | | | | |
|----|---|---|-----|-----|
| | | <u>Kombinovana terapija</u> Programirani protokoli: 2 Slobodne pozicije za programiranje: 1000+ | | |
| 2. | Partija 2 – Autoklav 20 ili 24l | Zaštita od pritiska Alarmna funkcija za niski nivo vode Dimenzije komore: 280 x 310mm Spoljašnje dimenije (ŠxDxV):390x400x690mm Snaga uređaja:2000W Napajanje 220V-50Hz | Kom | 2 |
| 3. | Partija 3 –Kardiološka sonda Ultrazvučna sonda | <u>Kardiološka sonda</u> Frekvencije od 2-4MHz po kataloškom broju FUS7391- Philips S4-2 za ultrazvučni aparat Phillips MXM6411 <u>Ultrazvučna sonda</u> Širokopoljasna, konveksna i vaginalna sonda, frekvencije od 4-9 MHz ili šire Po kataloškom broju FUS7393 Phillips C8-4V ili Phillips E6509 za Phillipsov ultrazvučni aparat | Kom | 1+1 |



VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: 20 dana od dana dostavljanja fakture, nakon izvršene isporuke robe za sve 3 partije;

Način plaćanja je: virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od dana od dana zaključivanja Ugovora za sve 3 partije.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

brojbodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, od 30.11.2018. godine zaključno sa 04.12.2018. godine do 09 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: **I Bolkeljske brigade bb. Danilovgrad**

Danilovgrad

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: **I Bokeljške brigade bb. Danilovgrad**

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

4 dana od poslednjeg dana za dostavljanje ponuda, tj. od 04.12.2018. godine

XI Druge informacije

Zainteresovani ponuđač ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br: 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) može dokazati pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je data u prilogu zahtjeva

Ponuđena količina treba da sadrži sve zavisne troškove u vezi sa nabavkom, montažom i puštanjem u rad, transportom, osiguranjem, carinom, špedicijom do dopreme predmetne robe u ZU Dom zdravlja Danilovgrad.

Ponuđenu cijenu treba iskazati u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (Sl.list CG", br: 42/11, 57/14, 28/15, 42/17)

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl.) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj Zahtjeva, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda".

Službenik za javne nabavke

Čović Dragica

Dragica Čović



Ovlašćeno lice naručioca

Mr. sc. dr. Dejan Mandić

Dejan Mandić

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz Člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P